

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 56/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Termômetro Digital Com Infravermelho Preciso, Sem Contato, para verificar temperatura corporal, visor digital LCD com iluminação, Possuir forte adaptabilidade à temperatura ambiental: , Faixa de medição: 34 a 42,9 graus Celsius Precisão humanos, Precisão de resultado: 0,1 C, Erro máximo tolerável: 34 a 42,9 C + - 0,3 C (graus Celsius), Distância de medição: 1 a 3 cm, Iluminação da tela: retroiluminação verde ou vermelha), Desligamento automático: 30 segundos, Unidade de medida: Celsius ,O termômetro deverá indicar: unidade de medição, temperatura atual, temperatura de alarme, alarme sonoro, memória interna para 32 medições.,O aparelho deverá possuir registro e certificação da ANVISA.
Quantidade:	88
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Final:	133,2300
Valor Total:	11.724,2400
Situação:	Homologado em 23/07/2020 16:41:47 Por: Carlos José Emanuele
Nome da Empresa:	OSTHEON COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	TERMÔMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO

Carlos José Emanuele
Autoridade Competente