

Assunto **Re: Fwd: Esclarecimento Pregão Presencial nº 22/2019 - PM de Erechim - RS - 11.03**
De Editais - PM Erechim <editais@erechim.rs.gov.br>
Para <licitacoes@instramed.com.br>
Data 2019-03-07 16:45

PREFEITURA DE
ERECHIM

Boa tarde,

Segue posicionamento do corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde.

Favor confirmar o recebimento.

Att,

Jaqueline.

Divisão de Licitações
Prefeitura Municipal de Erechim/RS
(54) 3522-4145
(54) 3522-4443

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Fwd: Esclarecimento Pregão Presencial nº 22/2019 - PM de Erechim - RS - 11.03
Data:2019-03-07 13:40
De:Elenise Maria Dallo <elenise.dallo@erechim.rs.gov.br>
Para:Editais - PM Erechim <editais@erechim.rs.gov.br>
Cópia:Roberta Wanzeniak <roberta.wanzeniak@erechim.rs.gov.br>, SAMU Serviço de Atendimento Movel de Urgencia Email <samu@erechim.rs.gov.br>, SMS - Divisao Administrativa da SMS - Email <adm.saude@erechim.rs.gov.br>, Rafael Muller <rafael.muller@erechim.rs.gov.br>

Boa tarde.

Por avaliação conjunta dos técnicos da SMS, o item de carga pode ser oferecido também da forma ofertada pela empresa em questão.

Att

Enfª Elenise Dalló - SMS
Diretoria de Ações e
Serviços de Saúde
3520-7228

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: Esclarecimento Pregão Presencial nº 22/2019 - PM de Erechim - RS - 11.03
Data:2019-03-06 10:29
De:SMA - Divisao de Licitacoes - Comissao <comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br>
Para:Editais de Licitacao <editais@erechim.rs.gov.br>

Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Erechim
(54) 3522 4443



----- Mensagem original -----

Assunto:Esclarecimento Pregão Presencial nº 22/2019 - PM de Erechim - RS - 11.03

Data:2019-03-06 10:29

De:INSTRAMED - LICITAÇÕES <licitacoes@instramed.com.br>

Para:"comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br" <comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br>

Cópia:PATRICIA LIMA <licitacao@instramed.com.br>, Gilberto Flores <licitacao3@instramed.com.br>, 'Daniel - Linha Médica' <daniel@linhamedica.com.br>

Prezados membros da Comissão de Licitações!

A INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ Nº 90.909.631/0001-10, sediada no Beco José Paris nº 339, Pavilhão 18 e 19, Bairro Sarandí em Porto Alegre/RS, através do presente vem solicitar esclarecimento conforme segue:

Com interesse em participar do Pregão em epígrafe, no que tange o Descritivo do item 92 – DESFIBRILADOR , o edital possui a seguinte redação:

".....Desfibrilador Externo Automático ou Semi-Automático - com as seguintes:

Características mínimas:

- Uso em pacientes adultos e pediátricos;
- Possuir forma de onda bifásica para choque;
- Possuir display em cristal líquido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português, traçado de ECG (permitindo ser configurado para exibir ou não o traçado conforme preferência do usuário), número de choques e tempo de funcionamento;
- Permitir análise da impedância torácica do paciente;
- Possuir mensagem e comando por texto e voz em português;
- Possuir cartão ou memória interna para registro de eventos e no mínimo 20 minutos de ECG;
- Possuir tempo de carga, menor que 10 segundos;
- **Deve utilizar bateria descartável ou pilhas descartáveis de longa duração que permitam executar no mínimo 300 choques em carga máxima sem necessidade de troca;**
- Deve realizar automaticamente auto-testes periódicos avaliando a funcionalidade do equipamento, a presença do eletrodo, a carga das baterias, de forma que demonstrem estar o aparelho sempre apto para uso....."

Os ISIS da Instramed usa bateria recarregável, isso faz com que o custo benefício seja muito maior do que em Desfibriladores com bateria descartável.

Bateria interna recarregável Tipo Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h.

Duração de 12 horas ou um mínimo de 300 choques em 200 joules.

A Instramed é fabricante de Cardioversores, Desfibriladores e Monitores e tem total interesse em participar do edital ora mencionado e solicitamos esclarecer se será aceito equipamento o qual tenha todas as características solicitadas e superiores ao exigido no edital,

Sendo assim, perguntamos :

Podemos ofertar nosso DESFIBRILADOR - MODELO ISIS e/ou ISIS PRÓ , para concorrer neste edital?

Anexo folders para análise.

Aguardamos um breve retorno

Atenciosamente,

Ligiane Pavoski

Assistente de Licitação

licitacao2@instramed.com.br

Telefone: (51)3073.8231

Visite nosso site: www.instramed.com.br

I N S T R A  M E D